

Papildinājums pamata prasībām laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam

Papildināt sadalu :

1. Vispārīgie nosacījumi

Neatdalāmās mēbeles (laboratoriju tehnoloģiskais aprīkojums)

Neatdalāmās mēbeles (laboratoriju tehnoloģiskais aprīkojums) nepieciešamas dabaszinātņu specialitāšu zinātnes un mācību laboratoriju vajadzībām.

Piedāvājumā jāietver informācija :

1. Fotogrāfija, tehniskie parametri, sertifikāts un paraugu testēšanas rezultāti par Velkmes skapjiem saskaņā ar standartu EN14175 1-6 un velkmes skapjiem saskaņā ar standartu EN14175 -7.
2. Izstrādājumu fotogrāfija un sertifikāts visu pielietojamo modifikāciju centrālajiem galdiem, svaru galdiem, zemgalda skapīšiem ar durvīm un 4 atvilktnēm, ķīmikāliju glabāšanas skapjiem, zem velkmes skapjiem un atsevišķi stāvošiem skapjiem, keramiskām izlietnēm.

Atbilstoši skiču projekta detalizācijai norādītas laboratoriju funkcijas, bet stāvu plānojums ir pieejams skiču projekta korekcijās. Aptuvenais laboratoriju aprīkojums pēc skiču projekta datiem ir sekojošs:

Papildināta

Velkmes skapji (dažādu izmēru, atkarībā no tehniskā projekta detalizācijas un laboratoriju funkcijām) ne vairāk kā 80 gabali, no tiem energoefektīvie – vismaz 45 gabali. Ar ugunsizturību 90 min ķīmiskās uzglabāšanas skapji vismaz 16 gabali. Lokālās nosūces ne mazāk kā 38 gabali. Laboratorijas galdi kopā – vismaz 1100 t/m, no tiem ar monolītu keramisku virsmu paredzēt vismaz 45% .

Minimāli paredzēt 70 izlietnes ar keramisko virsmu un vismaz 30 metāliskas izlietnes, ņemot vērā laboratoriju funkcijas.

Tehniskā projekta izstrādes gaitā veicama telpu pasu sagatavošana un aprīkojuma detalizācija. VNPC telpās jāparedz inženierpieslēgumu vietas. Neatdalāmās mēbeles (laboratoriju tehnoloģiskais aprīkojums) piegādā pasūtītājs.

Papildināt sadalu: „Laboratoriju aprīkojuma un drošību regulējošie standarti”

ar

LVS EN 14175-7:2012 Velkmes skapji. Velkmes skapji darbam augstā temperatūrā un skābā vidē

! Visā pārējā daļā pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam paliek nemainīgas