


**IZM programmu „Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība
augstskolās” un „Zinātniskās darbības attīstība universitātēs”**

***Projekts „Zinātniskā aparatūra LU Bioloģijas un Medicīnas fakultāšu laboratoriju
infrastruktūras attīstībai”***

Iekārtas nosaukums/ Type of equipment	Impedances kardiogrāfiskā sistēma (HIC-2000)
Fotogrāfija/ Photo	
Tehniskie parametri/ Technical parameters	Sistēma sastāv no impedances kardiogrāfa, sensoru komplekta un programmatūras. Displeja tips – vakumflorescentais: 70.8x11.5 mm; Līdzstrāvas oscilācijas frekvence: 100 KHz; Ieejas pretestība: 1Meg; EKG izšķirtspēja: 500 uV uz visu diapazonu; Jauda 30 W; Izejas pretestība: 100 Ohm; Izolācijas spriegums: 2.5 KV; Darbības spriegums: 5 V.
Iekārtas pielietojums/ Application of equipment	Ar šo iekārtu iespējams neinvazīvā veidā nepārtraukti reģistrēt sirds sistoles tilpumu, kardiogrammu un atvasinātos parametrus.
Atbildīgais par iekārtu (vārds, uzvārds, struktūrvienība, adrese, telefons, fakss, e- pasts)/ Responsible for equipment (name, surname, division, address, phone, fax, e- mail)	<i>Jeļena Grebeņkova</i> <i>Struktūrvienība: LU Bioloģijas fakultāte</i> <i>Adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 4</i> <i>Telefons: +371 7034870</i> <i>Fakss: +371 7034899</i>