

**Pārskats par līguma ar IZM „Zinātniskās darbības infrastruktūras attīstība  
LU”  
projektu „Farmakoloģiskās laboratorijas bāzes attīstība”**

Iekārtas nosaukums/ Type of equipment	<i>Centrifūga SIGMA SK15</i> <i>Centrifuge SIGMA SK15</i>
Fotogrāfija/ Photo	
Tehniskie parametri/  Technical parameters	<p>Maksimālais apgriezienu skaits: 21 000 apgr./minūtē  Maksimālais G spēks 53 300  Regulējamais temperatūras diapazons: Vismaz no -10°C līdz +40°C  Komplektā rotori ar attiecīgiem adapteriem:  96 lauciņu mikroplatēm:  - 10 ml mēģenēm  - 50 ml mēģenēm</p> <p>Max rpm 21000rpm/min  Max G 53000  Temperature interval -10°C up to +40°C  Rotors:  For 96-well plates:  - for 10 ml tubes  - for 50 ml tubes</p>
Iekārtas pielietojums/  Application of equipment	<p>Centrifugēšanai</p> <p>For centrifugation</p>
Atbildīgais par iekārtu (vārds, uzvārds, struktūrvienība, adrese, telefons, fakss, e- pasts)/	<p><b>Profesore Vija Zaiga Kluša</b>  Medicīnas fakultāte  J.Asara iela 5  Tel.: +371 67 271435; fakss: +371 67 366306  <a href="mailto:vijaklus@latnet.lv">vijaklus@latnet.lv</a></p>

Responsible for equipment (name, surname, division, address, phone, fax, e-mail)	<b>Professor Vija Zaiga Klusa</b> Faculty of Medicine J.Asara iela 5 Phone: +371 67 271435; fax: 371 67 366306 <a href="mailto:vjaklus@latnet.lv">vjaklus@latnet.lv</a>
--	---