

**Pārskats par līguma ar IZM „Zinātniskās darbības infrastruktūras attīstība LU”
Projektu „LU MBI analītiskā centra modernizācija un kapacitātes palielināšana”**

<p>Iekārtas nosaukums/ Type of equipment</p>	<p><i>Laboratorijas centrifūga HERMLE Z38K.</i> <i>Laboratory centrifuge HERMLE Z38K</i></p>
<p>Fotogrāfija/ Photo</p>	
<p>Tehniskie parametri/ Technical parameters</p>	<p>Galda laboratorijas centrifūga ar maināmiem rotoriem un dzesēšanu. Temperatūras diapazons -10 līdz 40 °C. Maksimālais ātrums 17 000 rpm. Maksimālais tilpums 4x500 ml. Komplektēta ar sekojošiem rotoriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fiksētā leņķa rotors 1.5/2 ml ar 44 vietām, max ātrums 14 000 rpm; • fiksētā leņķa rotors ar 6 vietām, dažāda izmēra konteineriem (15-50 ml), max. ātrums 15 000 rpm. <p>Table top refrigerated centrifuge with exchangeable rotors. Temperature range -10 to 40 °C. Max. speed 17 000 rpm. Max. volume – 500 ml Included two rotors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixed angle rotor for 1.5/2 ml tubes. 44 places for tubes. Max.speed 14 000 rpm; • Fixed angle rotor for tubes 15-50 ml. 6 places for tubes. Max speed 15 000 rpm.
<p>Iekārtas pielietojums/ Application of equipment</p>	<p>Paraugu sagatavošana analīzei. Sedimentēto daļiņu nodalīšana. Preparation of samples for analysis. Removal of sedimented particles.</p>
<p>Atbildīgais par iekārtu (vārds, uzvārds, struktūrvienība, adrese, telefons, fakss, e- pasts)/ Responsible for equipment (name, surname, division, address, phone, fax, e- mail)</p>	<p>Armands Vīgants LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūts Tel.: 67034894, fakss: 67034885 E-pasts: avigants@lanet.lv</p> <p>Armands Vīgants University of Latvia, Institute of Microbiology and Biotechnology Phone: +371-67034894, fax: +371-67034885 E-mail: avigants@lanet.lv</p>