

*Nacionālā programma
Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās
„Materiālzinātņu un astronomijas nozaru zinātniskās infrastruktūras
modernizēšana Latvijas Universitātē”*

Iekārtas nosaukums	Vibrācijas magnetometrs 7404 Lake Shore	
Fotogrāfija		
Tehniskie parametri	Magnētiskais lauks Parauga temperatūra Mērījumu jūtība Magnetometra vadība Iekārtas barošana	0... 1 T 20... 1000 °C 0,1E-6 emu datorizēta: 2,6 GHz, 256 MB RAM, GPIB/IEEE-488 3 fāzes ~380 V, 4,5 kW, 50 Hz
Iekārtas pielietojums	cietvielu, pulveru un šķidrumu paraugu magnētisko parametru (magnetizācijas līkne, magnētiskā uzņēmība, koercitīvais spēks, paliekošā magnetizācija) mērīšana	
Atbildīgais par iekārtu	Gunārs Kronkalns Fizikas institūts Miera 32, Salaspils tālrunis: 7944700	

	fakss: 7901214.
--	-----------------